Componente și verificare

Identificați elementele livrate separat înainte de montaj.

Scaun rulant manual AM901

Cadru pliabil, cotiere și suporturi pentru picioare detașabile, pentru deplasarea asistată sau autonomă.

- **Cadru pliabil**
- **Roți spate 24 inch**
- **Max. 100 kg**

Montajul suporturilor nu necesită unelte.

Elemente livrate pentru montaj

A

Cadru pliabil

1 buc.

B

Suporturi pentru picioare

2 buc.

C

Curea pentru gambe

1 buc.

Așezați cele trei elemente pe o suprafață curată și verificați să nu fie deteriorate.

Înainte de utilizare

- Deschideți complet cadrul și apăsați șezutul până la poziția stabilă.
- Verificați strângerea șuruburilor, roțile și funcționarea ambelor frâne.
- Confirmați blocarea suporturilor și poziționarea curelei pentru gambe.

Curățare și întreținere

- Curățați și dezinfectați periodic cadrul, tapițeria și zonele de contact.
- Lubrifiați moderat piesele rotative și ștergeți imediat surplusul.
- Păstrați produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat.

IMPORTANT

Blocați ambele frâne înainte de transfer. Nu stați în picioare pe suporturile pentru picioare și nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.

Montaj în 4 pași

Folosiți literele A-C din lista de pe pagina 1.

1 Deschideți cadrul A

Trageți lateralele în sens opus, apoi apăsați marginile șezutului până când cadrul este complet deschis.

2 Pregătiți suporturile B

Desfaceți suporturile pentru picioare și coborâți plăcile în poziția indicată de schiță.

3 Montați suporturile B

Așezați fiecare suport pe bolțurile hexagonale ale cadrului și rotiți-l spre interior până se blochează.

4 Fixați cureaua C

Prindeți cureaua între cele două suporturi, fără răsucire, apoi verificați poziția ambelor plăci.

VERIFICARE FINALĂ **Suporturile trebuie să fie blocate, iar cureaua să susțină gambele fără presiune.**

Testați frânele și stabilitatea pe o suprafață plană. Pentru pliere, ridicați plăcile pentru picioare și trageți șezutul în sus; nu forțați articulațiile.

Nu utilizați produsul dacă o fixare este incompletă sau o componentă este deteriorată.